

Checklista skötsel av amalgamavskiljare



MINST EN GÅNG PER KVARTAL (UTFÖRS AV MOTTAGNINGEN)	DATUM	SIGNATUR	AVVIKELSER/ÖVRIGT
Torrtsugsystem: kontroll av fyllnadsgrad i amalgamavskiljarens behållare			
MINST EN GÅNG PER ÅR (UTFÖRS AV MOTTAGNINGEN)	DATUM	SIGNATUR	AVVIKELSER/ÖVRIGT
Vått sugsystem: byte av filter på amalgamavskiljare om sådant finns			

MINST EN GÅNG PER ÅR (UTFÖRS AV ANLITAT FÖRETAG)	DATUM	UTFÖRT AV (NAMN PÅ FÖRETAG)	SIGNATUR	AVVIKELSER/ÖVRIGT
Vått sugsystem: Byte av amalgamavskiljare				
Torrtsugsystem: Hämtning av behållare till amalgamavskiljare				
Funktionskontroll av amalgamavskiljare (centrifugalavskiljare) och sugsystem				
Byte av diskbänksavskiljare				
Rengöring av utjämningskärlet under vask, vid diskbänksavskiljare				
Byte av partikelfälla, om sådan finns				
Tömning och rengöring av golvbrunnen där slang från amalgamavskiljare, om sådan finns, leds ner				
Byte av sugslangar				
Provtagning av utgående vatten från amalgamavskiljare i unit om kommunens miljökontor kräver detta				
Borttransport av annat amalgamavfall utöver amalgamavskiljare				



Med ekonomiskt stöd från EU:s program för klimat och miljö

Checklista skötsel av amalgamavskiljare



MINST VARTANNAT ÅR (UTFÖRS AV MOTTAGNINGEN ELLER AV ANLITAT FÖRETAG)	DATUM	UTFÖRT AV (NAMN PÅ FÖRETAG)	SIGNATUR	AVVIKELSER/ÖVRIGT
Tömning av vattenlåsen på tvättställ i behandlingsrum och på patienttoalett				
VART TREDJE ÅR (UTFÖRS AV ANLITAT FÖRETAG)	DATUM	UTFÖRT AV (NAMN PÅ FÖRETAG)	SIGNATUR	AVVIKELSER/ÖVRIGT
Inspektion, tömning och rengöring av bufferttank, om inga störningar i systemet förekommit				



Med ekonomiskt stöd
från EU:s program för
klimat och miljö